

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注进20153071426

注册人名称	德国宝雅医疗科技有限公司 Pajunk GmbH Medizintechnologie
注册人住所	Karl-Hall-Strassel 78187 Geisingen Germany
生产地址	Karl-Hall-Strassel 78187 Geisingen Germany
代理人名称	北京恒润泰医药科技有限公司
代理人住所	北京市西城区西直门南大街2号C座1007
产品名称	外周神经丛刺激器 Peripheral Nerve Stimulator
型号、规格	见附页
结构及组成	刺激器包括主机和配件；配件包括PEG刺激电极（双极和单极）、刺激针导线、连接刺激针和PEG电极的PEG导线、MultiStim SENSOR用患者导线。产品规格型号详见附页。
适用范围	刺激器适用于麻醉中外周神经的精确定位。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	原注册证编号：国械注进20153211426

审批部门：国家药品监督管理局

批准日期：二〇二〇年三月六日
有效期至：二〇二五年三月五日





附页：

刺激器及其配件的型号表

型号	描述
1151-94-30	外周神经丛刺激器套装, 包括 MultiStim SENSOR 主机和连接刺激针的患者用导线 (1151-94-13)
1151-94-32	外周神经丛刺激器套装, 包括 MultiStim SENSOR 主机、连接刺激针和 PEG 电极的 PEG 导线 (1151-94-06)、PEG 刺激电极 (单极) (1151-94-17)。
1151-94-16	PEG 刺激电极 (双级)
1151-94-17	PEG 刺激电极 (单级)
1151-94-05	刺激针导线
1151-94-06	连接刺激针和 PEG 电极的 PEG 导线
1151-94-13	MultiStim SENSOR 用患者导线

列表结束!